

<p>9. Укажите требуемое исполнение прибора в части взрывозащиты *</p> <p><i>(при наличии в приборе канала CH, доступно только "Ех" исполнение)</i></p>	<p>общепромышленное невзрывозащищенное <i>(эксплуатация во взрывоопасных зонах запрещена)</i></p> <p>взрывозащищенное ("Ех" исполнение) <i>(эксплуатация во взрывоопасных зонах разрешена на основании сертификата соответствия требованиям ТР ТС 020/2011)</i></p>
<p>10. Укажите требуемое исполнение прибора по температурному диапазону эксплуатации *</p> <p><i>(пределы допускаемой температуры окружающей среды)</i></p>	<p>от 0 до +45 °С <i>(стандартное исполнение)</i></p> <p>от -40 до +45 °С <i>(исполнение "Т" со встроенными элементами обогрева корпуса)</i></p>
<p style="text-align: center;">Дополнительные элементы поставки</p> <p><i>(данные элементы не входят в базовый (обязательный) комплект поставки и заказываются дополнительно, при необходимости)</i></p> <p>Базовый комплект поставки включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • газоанализатор, без принтера; • запасной фильтрующий материал для внешнего фильтра очистки пробы (уп. 10 шт.); • блок питания/зарядное устройство; • футляр с ремнем для переноски прибора, кожаный, утепленный (последнее - только для газоанализаторов в исполнении "Т"); • сумка с ремнем для транспортировки прибора и принадлежностей, кожаная; • комплект документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о первичной поверке, копии имеющихся сертификатов). 	
<p>11. Требуется ли к прибору компактный ИК-термопринтер для печати результатов на месте измерений?</p> <p><i>(поставляется в комплекте с запасной бумагой уп. 10 шт.)</i></p>	<p>да нет</p> <p>Требуется ли дополнительная запасная бумага?</p> <p><i>(кроме входящей в комплект)</i></p> <p>да нет</p> <p>укажите количество:</p> <p>уп. (10 шт.)</p>
<p>12. Требуется ли к прибору телескопический пробоотборный зонд?</p>	<p>да нет</p>
<p>13. Требуется ли к прибору программа приема данных и кабель связи для передачи протоколов измерений из памяти прибора в персональный компьютер?</p>	<p>да нет</p>
<p>14. Требуется ли к прибору запасной фильтрующий материал для внешнего фильтра очистки пробы?</p> <p><i>(кроме входящего в базовый комплект)</i></p>	<p>да нет</p> <p>укажите количество:</p> <p>уп. (10 шт.)</p>
<p>15. Требуется ли к прибору поверочные газовые смеси (ПГС) в баллонах под давлением?</p> <p><i>(применяются при градуировке, калибровке, поверке и контроле точности газоанализаторов, поставляются комплектом)</i></p>	<p>да нет</p> <p>Требуется ли вспомогательные устройства?</p> <p><i>(баллонные вентили, ротаметр, трубки и т.д.)</i></p> <p>да нет</p>